

Bieler Lang



Bieler Lang marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Bieler Lang ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Bieler Lang Ürün Listesi

Referans	Tanım
34 L	with flow meter for 34l Minican
822	86647 için sensör
Calibrationbox-I	II 2 G Eex ib IIC T4,PTB 01 ATEX 2102, BAM 03 ATEX 003 XAnzeige der vom Meßfühler aktuell gemessenenKonzentration der GaseJustierung/Kalibrierung/Konfiguration des MeßfühlersSpeicherung der Justierinformationen zurWeiterverarbeitung in EDV SystemenAlphanumerisches Display, Tastatur für einfacheBedienung, Energieversorgung durch integrierteBatterien, Überwachung und Anzeige derBatteriekapazitätSchutzart: IP 54Gewicht: 660gMaße HxBxT: 180x86x36mm
CALIBRATIONBOX-I	II 2 G Eex ib IIC T4,PTB 01 ATEX 2102, BAM 03 ATEX 003 XAnzeige der vom Meßfühler aktuell gemessenenKonzentration der GaseJustierung/Kalibrierung/Konfiguration des MeßfühlersSpeicherung der Justierinformationen zurWeiterverarbeitung in EDV SystemenAlphanumerisches Display, Tastatur für einfacheBedienung, Energieversorgung durch integrierteBatterien, Überwachung und Anzeige derBatteriekapazitätSchutzart: IP 54Gewicht: 660gMaße HxBxT: 180x86x36mm
12.600756.2 / CO-324	Gasmonitor
Erstjustierung im Herstellerwerk auf 4 x Butan, 2 x Methan	Erstjustierung im Herstellerwerk auf 4 x Butan, 2 x Methan
EXDETECTOR HC 150	Gas-Detektor
12.100907.1	Gasmesscomputer
8022 E (12.600602.3)	Gasmesscomputer
ExDetector HC-100	Gasmeßfühler
EXDETECTOR HC-100	Ex-Bescheinigungen Gehäuse/Elektronik: II 2G EEx de (ib) IIC T6 PTB 00 ATEX 1075 Meßkopf: II 2G EEx de IIC T4 PTB 00 ATEX 1076U EG-Baumusterprüfbescheinigung: BAM 03 ATEX 0003X SIL-1 fähig Meßprinzip : Wärmetönung Meßgas : Expl. Gase u. Dämpfe Meßbereich : 0 – 100% UEG Meßsignal : 4 – 20 mA Temperaturbereich : -20 bis +55°C Versorgung : 24V DC Schutzart : IP 54 Bauform: Sensor Edelstahl, Gehäuse Aluminium
ExDetector IR HC 33M (12.600721.3)	Gasmeßfühler

Referans	Tanım
Gasmesscomputer Typ : 8022	(EC-Type Examination Certificate BVS 03 ATEX G 007 X, PFG-No. 41300503P SIL-1 capable microprocessor technology fault monitoring for wire breakage, power failure, short circuit and computer defect Cyclic, digital display of the current concentration of each measuring point Alarm test without test gas reset the horn and alarm 2 alarm thresholds 2 Connectable probe: 2 Type: wall mounted or standard field mounting LEDs: alarm 1 and 2, fault, sensor 1 + 2, horn, operating relay output for: alarm 1 and 2 for both sensors horn and fault alarm 1: non-latching alarm 2: optionally storing supply voltage: 230V AC or 24V DC)
GASMEßFUHLER- TYP: EXDETECTOR HC 150	zum Einsatz in Ex-Bereichen der Zone 2 Gehäuse/Elektronik: II 3G Ex nA de IIC T4 Meßkopf: II 2G EEx d IIC T4 PTB 00 ATEX 1076U SIL-1 fähig Meßprinzip : Wärmetönung Meßgas : Expl. Gase und Dämpfe Meßbereich : 0 - 100% UEG Meßsignal : 4 - 20 mA Temperatur : -20 bis +55°C Versorgung : 18V DC Schutzart : IP 54 Bauform : Gehäuse Aluminium, Sensor Edelstahl
Gasmeßfühler-Typ: ExDetector HC-100 Butan	II 2G EEx de (ib) IIC T6 PTB 00 ATEX 1075 Meßkopf: II 2G EEx de IIC T4 PTB 00 ATEX 1076U EG-Baumusterprüfbescheinigung: BAM 03 ATEX 0003X SIL-1 fähig Meßprinzip : Wärmetönung Meßgas : Butan Meßbereich : 0 – 100% UEG Meßsignal : 4 – 20 mA Temperaturbereich : -20 bis +55°C Versorgung : 24V DC Schutzart : IP 54 Bauform: Sensor Edelstahl, Gehäuse Aluminium
Gasmeßfühler-Typ: ExDetector HC-100 methan (C4H10)	II 2G EEx de (ib) IIC T6 PTB 00 ATEX 1075 Meßkopf: II 2G EEx de IIC T4 PTB 00 ATEX 1076U EG-Baumusterprüfbescheinigung: BAM 03 ATEX 0003X SIL-1 fähig Meßprinzip : Wärmetönung Meßgas : Methan Meßbereich : 0 – 100% UEG Meßsignal : 4 – 20 mA Temperaturbereich : -20 bis +55°C Versorgung : 24V DC Schutzart : IP 54 Bauform: Sensor Edelstahl, Gehäuse Aluminium
GM 813-2	sensor
GMC ECOLINE 8304	Gaswarnzentrale
8022 (12.600534.5)	Gasmesscomputer
GS 7500 EX	sensor for the measurement of alcohol
H2 1000	Meßfühler-Typ: Exmonitor H2-1000 Gutachten II 2G EEx ia IIC t4, BVS 03 ATEX E 384 Meßprinzip : elektrochem. Zelle Meßgas : Wasserstoff Meßbereich : 0 – 1000 ppm Meßsignal : 4 - 20 mA Schutzart : IP 54 Gewicht : 1200g Versorgung : 21-28V DC 2-Leiter-Technik, Einmannkalibrierung, Anzeige der aktuellen Konzentration Direkter Zugriff der Bedienelemente, Anzeige der Empfindlichkeit des Sensors, Beim Einsatz in Ex-Bereichen ist die Verwendung von Barrieren erforderlich
HC 100-K	(Gas sensor type: ExDetector HC-100K, Ex certificates housing / Electronics: II 2G EEx de (ib) IIC T6 PTB 00 ATEX 1075 measuring head: II 2G EEx de IIC T4 PTB 00 ATEX 1076U EC-type examination certificate: BAM 03 ATEX 0003X .. SIL-1 capable for installation in ventilation ducts Principle: heat of reaction gas to be measured: Expl gases and vapors range: 0 - 100% LEL measurement signal: 4 - 20 mA Temperature range Package: -20 to + 55 ° C temperature range sensor: -20 to +80 ° C Supply: 24V DC Protection: IP 54 housing: stainless steel sensor, aluminum housing)
12.600764.3 / HC 150	gasmessfühler ExDetector HC 150
12.600764.3 / HC 150	ExDetector
HC-100-K	Gasmeßfühler Typ: ExDetector
ExDetector HC-100	Gasmeßfühler
LS 7022	Gas Alarm Device
PK5	Prüfgaskappe
PRÜFGASKAPPE TYP: PK 10	(Für Meßfühler Typ ExDetector)

Referans	Tanım
PRUFGASSET IM ALUMINIUMKOFFER	bestehend aus: Entnahmeeinheit für Minican mit Durchflußmengen- Messer, Meßkabel, Fächer zur Aufnahme von einer Calibrationbox, Prüfgaskappen, 2 Minican Prüfgas
PRUFGASSET IM ALUMINIUMKOFFER	(bestehend aus: Entnahmeeinheit für Minican mit Durchflußmengen- Messer, Meßkabel, Fächer zur Aufnahme von einer Calibrationbox, Prüfgaskappen, 2 Minican Prüfgas)
Typ: Gasmonitor O2	Meßfühler
Meßfühler-Typ:O2	Gasmonitor
Meßfühler-Typ: Gasmonitor O2	Gasmonitor
Typ : 8022	Gasmesscomputer
Cl2	Gasmonitor
CL 20.0-10PPM	Gassensor
GMS 8022	MESS- UND ALARMSYSTEME
T2B4-BR00M-020	Gas-Monitor
Typ: ExDetector HC-100K	Gasmeßfühler
CO-1000	exmonitor
HC-100	Gasmeßfühler-Typ: exDetector
ExDetector HC 150 REPLACED BY HC 150-M	exDetektor HC150
Meßfühler-Typ: Gasmonitor O2	Gasmonitor
Ersatzsensor für HC-66	Ersatzsensor Für Messfühler Typ Gasmonitor HC-66
Gasmesscomputer Typ : 8022	EG-Baumusterprüfbescheinigung
Für Messfühler Typ ExDetector HC-100	Messkopfvorderteil mit Sensor
ExDetector HC 150	ExDetector
ExDetector HC 150 (12.600764.3)	Gasmeßfühler
8022 E	Gasmesscomputer
8022	Gasmesscomputer
Gasmonitor O2	Detektor
7022 obsolete	Gasalarm
8022 E	Gasmesscomputer
HC-100K	Ex-Detektor
Gasmeßfühler-Typ: ExDetector HC-100	SENSOR, GAS
102625 / 7022 obsolete, alternative Typ : 8022	Gaswarngerät
7022 (Ger.N:102625) obsolete, alternative Typ : 8022	Gasmesscomputer

Referans	Tanım
Typ: ExDetector HC 150	Gasmeßfühler
12.600766.3 / HC 150K	Gasmessfühler
HC-100	ExDetector
HC-100	Gassensor
12.600691.3 / HC-100 M	Gasmeßfühler-Typ: ExDetector
P/N: 12.600534.5, Type: 8022	Gasmesscomputer
8022 E	Gasmesscomputer
HC 150	Gasmeßfühler
HC 100 K (12.100920.3)	Messkopfvorderteil mit Sensor
HC 200	Gasmeßfühler
HC 150 (12.600764.3)	Gasmeßfühler-Typ: ExDetector
HC-66 for H2 obsolete, replacement HC-150	Gasdetektor
Typ 8022	Gasmesscomputer
Typ: Gasmonitor O2	Meßfühler-Typ: Gasmonitor O2
12.600534.5, Type: 8022	Gasmesscomputer
Gasmesscomputer Typ : 8022	(EC-Type Examination Certificate BVS 03 ATEX G 007 X, PFG-No. 41300503P SIL-1 capable microprocessor technology fault monitoring for wire breakage, power failure, short circuit and computer defect Cyclic, digital display of the current concentration of each measuring point Alarm test without test gas reset the horn and alarm 2 alarm thresholds 2 Connectable probe: 2 Type: wall mounted or standard field mounting LEDs: alarm 1 and 2, fault, sensor 1 + 2, horn, operating relay output for: alarm 1 and 2 for both sensors horn and fault alarm 1: non-latching alarm 2: optionally storing supply voltage: 230V AC or 24V DC)